Bedienungsanleitung

Air Walker AT53026 / AT53027

Hersteller:
ANTAR SpJ.,
03·068 Warszawa,
ul.Zawiślańska 43

Tel. 225183600
Fax 225183630
www.antar.net

CE

Vorwort

Vielen Dank für den Erwerb dieses hochwertigen Medizinprodukts. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch aufmerksam und genau durch. Beachten Sie stets die Hinweise und Anweisungen für einen sicheren Gebrauch. Diese Bedienungsanleitung richtet sich an den Patienten als Anwender des Produkts.

Verwendungszweck

Orthese zur Ruhigstellung der Unterschenkel-Fuß-Region in vorgegebener Position.
Die Orthese ist beidseitig einsetzbar.

Lieferumfang

- Eine Orthese, drei kleine Ausgleichpolster, Bedienungsanleitung.
  Die Bedienungsanleitung ist fester Bestandteil des Produkts und sollte griffbereit aufbewahrt werden.
- Produktinformationen wie Modellname und Schuhgröße befinden sich auf dem Typenschild auf der Verpackung.

Indikation

Alle Indikationen, bei denen eine Ruhigstellung der Unterschenkel-Fuß-Region in vorgegebener Position notwendig ist, wie z.B.:

- präoperativ
- postoperativ
- posttraumatisch

Kontraindikation

Bei folgenden Erkrankungen darf die Orthese erst nach Rücksprache mit einem Arzt getragen werden:

- Ausgeprägte Neuropathie (Sensibilitätsverlust)
- Ausgeprägte Angiopathie (Durchblutungsstörungen)

Anwendungshinweise

- Überprüfen Sie die Orthese vor jeder Benutzung auf Unversehrtheit. Sollten Sie Beschädigungen feststellen, ziehen Sie das Produkt sofort aus dem Verkehr und wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
- Bei allergischen Reaktionen durch die erzeugte Wärme, sollte die Orthese abgenommen und der Arzt konsultiert werden.
- Eine falsch angelegte Orthese kann zu Druckstellen und dem Verlust der Fixierfunktion führen; beachten Sie die Anziehanleitung.
- Die Orthese sollte fest, aber nicht zu eng sitzen. Die Luftkammer darf nicht zu fest aufgeblasen werden. Eine zu eng anliegende Orthese oder eine zu fest aufgeblasene Luftkammer können die Blutzirkulation einschränken. Eine zu locker anliegende Orthese führt zum Verlust der Fixierfunktion.
- Schließen Sie immer sämtliche Klettverbindungen. Dass Offenlassen einzelner oder mehrerer Verschlüsse kann zu Stürzen führen und verringert den therapeutischen Nutzen.
- Das Produkt ist nicht für den Wiedereinsatz geeignet und darf nur von einem Patienten verwendet werden.
- Die Orthese darf nicht auf offenen Wunden getragen werden.
- Halten Sie das Produkt von Flammen fern.
- Verzichten Sie auf das Führen von Kraftfahrzeugen, solange Sie die Orthesen tragen, die Ihre Fahrtüchtigkeit beeinflussen.
- Verwenden Sie gegebenenfalls eine Gehstütze, um die Gefahr von Stürzen zu vermindern und die Fußgelenke zu entlasten.

Anziehen/ Ausziehen

Die Auswahl der richtigen Orthese sowie deren individuelle Anpassung ist wichtig für den Erfolg Ihrer Behandlung und sollte daher in Zusammenarbeit mit Ihrem Arzt, Fachhändler oder qualifiziertem medizinischen Personal erfolgen.

1. Stecken Sie Ihren Fuß in die Schaumstoffeinlage und drücken Sie diese an das Bein.

2. Um den Freiraum in und zwischen der Einlage und dem Gehäuse zu beseitigen, benutzen Sie die beigefügten kleinen Ausgleichpolster.



3. Stellen Sie den Fuß in die Schale. Die vordere Frontplatte über dem Knöchel platzieren und dabei sicherstellen, dass der Schaumstoff gut bedeckt ist.



4. Verschließen Sie nacheinander die Klettverschlüsse am Knöchel, Fuß und Unterschenkel, so dass die Orthese bequem am Fuß sitzt.

Einstellen des Luftdrucks in der Kammer



1. Verwenden Sie die Druckknöpfe an den gegenüberliegenden Seiten der Orthese, um die Kammern mit Luft zu befüllen.



2. Um die Kammern zu entleeren, drücken Sie gleichzeitig die Knöpfe auf den gegenüberliegenden Seiten (wie in der Abbildung).

Produktmerkmale

- Ruhigstellung der Unterschenkel-Fuß-Region in vorgegebener Position
- Individuelle An- und Nachpassungsmöglichkeiten
- Gurte mit regulierbaren Klettverschlüssen
- Selbsttragende Kunststoffschale mit Laufsohle
- Polsterung mit aufblasbarem Luftpolster

Nutzungsdauer

Die maximale Nutzungsdauer des Produkts ist abhängig von der jeweiligen Situation des Patienten. Die Dauer richtet sich nach der Indikation und dem Therapiezeitraum. Bei Beachtung der beiliegenden Reinigungs- und Pflegehinweise beträgt die maximale Nutzungsdauer 12 Monate. Nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Ihrer medizinischen Fachkraft können Sie das Produkt auch länger verwenden, solange es sich in einwandfreiem Zustand befindet.

Reinigung und Pflege

Zur Reinigung entfernen Sie die Polster und Stoffe aus dem Kunststoffteil. Waschen Sie die Polster und Stoffe bei maximal 30 °C per Hand mit einer milden Seife. Spülen Sie anschließend mit klarem Wasser gründlich nach und lassen Sie die Polster und Stoffe an der Luft trockenen. Nicht im Trockner trocknen. Keine Bleichmittel verwenden und nicht chemisch reinigen. Nicht bügeln und keinen direkten Wärmequellen aussetzen.

max. 30 °C

Die Kunststoffteile können mit einem feuchten Tuch unter Verwendung eines milden, haushaltsüblichen Reinigungsmittels abgewischt werden.

Vermeiden Sie aggressivere Reinigungsmittel wie Alkohol, Ammoniak, Lösungsmittel oder harte Bürsten.

Wartungshinweise

Das Produkt ist wartungsfrei.

Technische Daten

Produkt:	Air Walker AT53026 und AT53027
Farbe:	Schwarz Neongrün
Material:	
Kunststoffschale:	85% PP, 15% Glasfiber
Polsterung:	11,75% PE, 11,75% Nylon, 76,5% PU
Gurte:	Nylon mit Kettband aus Polyamid

Größentabelle

Air Walker Größe	Schuhgröße
S	36 – 39
M	40 – 44
L	44 - 46,5
XL	46,5+

Entsorgung

Beachten Sie bei der Entsorgung des Produkts die lokalen Recyclingvorschriften. Bei Fragen kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler.

Air Walker AT53026 / AT53027

Garantieschein

Modell:.....

Seriennummer: .....
Kaufdatum:.....

Stempel der Verkaufsstelle
und leserliche Unterschrift des Verkäufers:.....

1. ANTAR SpJ., 03·068 Warszawa, ul.Zawiślańska 43, gewährt hiermit auf das Produkt eine 12monatige Garantie ab dem Tag der Übergabe des Produkts an den Käufer. Für Produkte, die von der polnischen staatlichen Krankenkesse NFZ erstattet werden, gilt eine verlängerte Garantiefrist, die der Hälfte der Nutzungsdauer entspricht, die in der Verordnung zu den garantierten Leistungen festgelegt ist, unter der Bedingung, dass die Nutzungsdauer in der Verordnung in Monaten bzw. in Jahren festgelegt wurde.
2. Während der Garantiefrist verpflichtet sich ANTAR, die notwendigen Reparaturen auszuführen, um das Produkt wieder funktionstüchtig zu machen, innerhalb von 14 Tagen ab Eingang des reklamierten Produkts.
3. ANTAR behält sich das Recht vor, das Produkt auszutauschen, falls angenommen werden muss, dass eine Reparatur unrentabel wäre.
4. Falls Sie feststellen, dass das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, sollten Sie es unverzüglich an die Adresse der Firme ANTAR (in Pkt. 1 angegeben) einsenden bzw. Ihre Verkaufsstelle kontaktieren.
5. Vor Ingebrauchnahme sollten Sie die Bedienungsanweisung lesen und sie genauestens einhalten. Zweckentfremdete Benutzung des Produkts hat den Verlust der Garantie zur Folge.
6. Der Garantie unterliegen keine Beschädigungen infolge von Durchbohren bzw. Durchschneiden mit einem scharfen Gegenstand, Beschädigung infolge mechanischer Kräfte von außen, infolge einer das in der Bedienungsanleitung angegebene maximale Körpergewicht des Benutzers überschreitenden Belastung, Kontakt mit fettigen bzw. öligen Substanzen, Benzin.
7. DIESES GARANTIEDOKUMENT IST NUR GÜLTIG IN VERBINDUNG MIT EINEMKAUFNACHWEIS (KASSENBON ODER RECHNUNG), BITTE FÜGEN SIE BEI REKLAMATION DEN KAUFNACHWEIS BEI. ZUR ANERKENNUNG DER VERLÄNGERTEN GARANTIEFRIST FÜR PRODUKTE, DEREN KAUF VON DER KRANKENKASSE NFZ ERSTATTET WURDE, IST ES NOTWENDIG, EINE KOPIE DES"AUFTRAGS FÜR DIE AUSSTATTUNG MIT MEDIZINPRODUKTEN, DIE ORTHOPÄDISCHE GEGENSTÄNDE UND HILFSMITTEL SIND", BEIZUFÜGEN."
8. Reklamationen ohne Kaufnachweis können nicht berücksichtigt werden.

CE Mit der CE-Kennzeichnung erklärt der Hersteller die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG.

Revision: November 16